



TUZCU BABA ÇANKIRI KAYA TUZU İŞLETMESİ
KRİSTAL ÇANKIRI TUZU İLE SOLE YAPIMI VE SU ÇEŞİTLERİ ÜZERİNDE YAPILAN ÖLÇÜMLER

KONTROL TEST NO : 181

Korgun Organize Sanayi
Bölgesi 404. Cad. No 3
Korgun / ÇANKIRI

SAMPLE NAME	ID	DEVICE Model	Date	Notes	EC	EC(Unit)	TDS	TDS (Unit)	SALT (%)	SALT (TDS)	SALT (Unit)	SALT (S.G.)	pH	ORP (mV)	Temp (°C)	Temp (°F)
SOLE	15	BLE-C600	2024-03-20 11:44:01	1lt kavanoz içerisine 500gr tuz ve ağzına kadar arıtma suyu doldurduktan 10 dakika sonra	76.2	mS/cm	38.1	ppt	4.75	47.5	ppt	1.035	6.95	304	22.3	72.1
	14	BLE-C600	2024-03-20 12:59:19	1 saat sonraki değerler	102.8	mS/cm	51.0	ppt	6.70	67.0	ppt	1.049	6.80	127	22.0	71.6
	11	BLE-C600	2024-03-20 15:31:23	3,5 saat sonra solenin değerleri	165.6	mS/cm	82.0	ppt	12.10	121.0	ppt	1.091	6.82	0	22.3	72.1
	6	BLE-C600	2024-03-21 14:06:04	24 saat sonraki değerler	158.8	mS/cm	79.0	ppt	11.50	115.0	ppt	1.086	6.79	-56	21.9	71.4
	2	BLE-C600	2024-03-22 12:48:06	3 gün sonraki değerler	164.2	mS/cm	82.0	ppt	11.90	119.0	ppt	1.089	6.82	117	21.9	71.4
SAF SU	3	BLE-C600	2024-03-22 12:42:51	distile Saf su ilk ölçüm değeri	1	uS/cm	0	ppm	0.00	0	ppm	1.000	8.50	-8	19.1	66.4
	1	BLE-C600	2024-03-22 13:03:27	saf suya bir çay kaşığı sole ekledikten sonraki ölçüm	4490	uS/cm	2240	ppm	0.22	2240	ppm	1.000	7.20	78	19.6	67.3
HAZIR SU	5	BLE-C600	2024-03-22 12:37:50	hazır mineralli su assu Bolu	176	uS/cm	88	ppm	0.00	88	ppm	1.000	7.84	6	19.0	66.2
	4	BLE-C600	2024-03-22 12:40:05	hazır mineralli assu Bolu bir kaşık Sole ekledikten sonraki ölçüm	3230	uS/cm	1610	ppm	0.16	1640	ppm	1.000	7.23	28	19.0	66.2
MUSLUK SUYU	12	BLE-C600	2024-03-20 13:07:33	İSKİ şebeke suyu numunesi	425	uS/cm	212	ppm	0.02	212	ppm	0.999	7.40	87	22.2	72.0
	8	BLE-C600	2024-03-20 15:35:48	Çeşme suyunun oda sıcaklığında 2 saat bekledikten sonra Sole eklenmeden önceki ölçüm	490	uS/cm	245	ppm	0.02	245	ppm	0.999	7.36	43	22.2	72.0
	7	BLE-C600	2024-03-20 15:37:05	musluk suyuna bir çay kaşığı sole ekledikten sonraki ölçüm	6160	uS/cm	3080	ppm	0.31	3110	ppm	1.000	7.32	42	22.0	71.6
ARITILMIŞ SUYU	13	BLE-C600	2024-03-20 13:04:15	arıtılmış çeşme suyu 2. numune	209	uS/cm	104	ppm	0.01	104	ppm	0.999	6.95	109	22.1	71.8
	10	BLE-C600	2024-03-20 15:33:19	Bir saat sonra arıtmadan çıkartılıp orada da Duran suyun bir çay kaşığı sode eklenmeden önceki durumu	377	uS/cm	188	ppm	0.01	188	ppm	0.999	7.05	56	22.6	72.7
	9	BLE-C600	2024-03-20 15:35:10	arıtma suyuna bir çay kaşığı sole suyu ekledikten sonra yapılan ölçüm	9970	uS/cm	4980	ppm	0.50	5090	ppm	1.002	6.75	93	22.5	72.5
	7	BLE-C600	2024-03-24 01:51:08	arıtma suyuna 1 tatlı kaşığı Sole attıktan sonra yapılan ölçüm	4260	uS/cm	2130	ppm	0.21	2120	ppm	1.000	7.82	-48	22.7	72.9
ZEMZEM SUYU	1	BLE-C600	2024-03-24 02:05:41	Medine'den doldurulan göz suyu	1244	uS/cm	622	ppm	0.06	622	ppm	0.999	8.12	-52	23.9	75.0
	3	BLE-C600	2024-03-24 02:02:23	4 Zemzem numunesi	822	uS/cm	411	ppm	0.04	411	ppm	0.999	8.70	-65	23.3	73.9
	4	BLE-C600	2024-03-24 02:01:18	3 Zemzem numunesialdığımız zemzem suyu.	826	uS/cm	413	ppm	0.04	413	ppm	0.999	8.67	-70	23.1	73.6
	5	BLE-C600	2024-03-24 02:00:35	2 Zemzem numunesi	1166	uS/cm	583	ppm	0.05	583	ppm	0.999	8.04	-51	23.4	74.1
	6	BLE-C600	2024-03-24 01:59:20	1 Zemzem numunesi	44	uS/cm	22	ppm	0.00	22	ppm	0.999	8.31	-91	23.7	74.7
	yağmur suyu	2	BLE-C600	2024-03-24 02:04:25	yağmur suyu	141	uS/cm	70	ppm	0.00	70	ppm	0.999	8.22	-62	23.4
Çay	8	BLE-C600	2024-03-22 23:34:14	çay	949	uS/cm	474	ppm	0.04	474	ppm	0.993	4.55	0	50.4	122.7
MADEN SUYU	9	BLE-C600	2024-03-22 23:05:12	Beypazarı maden suyu 16 derecede ölçüm soğuk dolaptan çıktı halde	990	uS/cm	495	ppm	0.04	495	ppm	1.000	5.78	112	16.6	61.9